

アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 μ g 「HK」

各種条件下の安定性

本剤を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 μ g 「HK」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

■ 加速試験

保存条件			容器	試験項目	保存期間	結果
温度	湿度	光				
40℃	75% RH	—	ソフト バッグ	性状、確認試験 (1) (2)、 浸透圧比、pH、比重、純 度試験 (1) (2)、エンド トキシン、採取容量、不 溶性異物、不溶性微粒 子、無菌、定量	6 ヶ月	変化なし