

滅菌精製水

各種条件下の安定性

■ 長期保存試験

| 保存条件 | | | 容器 | 試験項目 | 保存期間 | 結果 |
|------|----|---|---------------|--------------------------------|-------|------|
| 温度 | 湿度 | 光 | | | | |
| 室温 | — | — | プラスチック ボトル | 性状、日局純度試験、 不溶性異物、実容量、 無菌 | 36 ヶ月 | 変化なし |