

**注射用水**  
**各種条件下の安定性**

■ **長期保存試験**

	保存条件		容器	試験項目	保存期間	結果
	温度	湿度				
20mL	25℃	60%	プラスチック アンプル	性状 純度試験 導電率 エンドトキシン 不溶性異物 不溶性微粒子 無菌	36 ヶ月	変化なし
100mL			プラスチック ボトル			
500mL			ソフトバッグ			
			プラスチック ボトル		60 ヶ月	
1000mL			プラスチック ボトル		60 ヶ月	