

グラニセトロン点滴静注バッグ「HK」

各種条件下の安定性

■ 加速試験

保存条件		容器	試験項目	保存期間	結果
温度	湿度				
40℃	75% RH	ソフトバッグ	性状、確認試験、浸透圧比、pH、純度試験、エンドトキシン、採取容量、不溶性異物、不溶性微粒子、無菌、定量	6 ヲ月	適合